

Sorocaba, 16 de outubro de 2024.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

CNPJ: 44.763.928/0001- 01

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11380/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024

EDITAL Nº 012 /2024

DATA DA REALIZAÇÃO: DIA: 22/10/2024, A PARTIR DAS 09:30 HORAS.

OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição de Eletrocardiógrafos para a Secretaria de Saúde, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste edital, conforme proposta nº 11976738000123001/2023.

A **MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 62.334.156/0001-66, domiciliada na Rua Solange Victoretti, nº 160 - Jd. Ipê - CEP: 18017-008 - Sorocaba/SP, através de seu representante abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar sua:

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Pelas razões de fato e de direito adiante aduzidas, as quais requer sejam submetidas à apreciação da autoridade hierarquicamente superior.

I – DOS FATOS

1. Esta instituição tornou público o Edital na modalidade Pregão eletrônico Nº 06/2024, do tipo menor preço por item, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares.

2. A Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA., interessada em participar do certame, fez a aquisição do instrumento convocatório. Ocorre que após análise do edital constatamos:

2.1 Item com descritivo direcionado à apenas um fornecedor.

3. Estes são, em síntese, os motivos ensejadores da presente impugnação, os quais passamos a discutir abaixo.

II – DO DIREITO

1. DO DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS

ITEM 02 – ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL

Após análise minuciosa do mercado de eletrocardiógrafo, verificamos que a reunião das características solicitadas no item em questão DIRECIONA a apenas uma marca desse equipamento, a saber, EMAI, mais especificamente o modelo Eletrocardiógrafo (ECG) Portátil Digital 03 Canais 12 Derivações EX03. Fica claro, portanto, que essas solicitações restringem a participação de diversas empresas e beneficiam a EMAI.

As imagens utilizadas no requerido recurso foram retiradas do site: <https://www.dormed.com.br/eletrocardiografo--ecg--portatil-digital-03-canais-12-derivacoes-ex03---emai/p>, o qual oferece o equipamento mencionado. Diante desse contexto, fica evidente que as especificações técnicas exigidas no edital direcionam para um único fornecedor, restringindo a competitividade no certame.

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

MATRIZ

CNPJ: 62.334.156/0001-66 I.E.: 669.198.339.111

Rua Solange Victoretti, 160 · Jd. Ipê

Sorocaba / SP CEP: 18017-008

F: 15 – 3237 4414

FILIAL

CNPJ: 62.334.156/0002-47 I.E.: 28.409.614-8

Rua Afonso Lino Barbosa, 78 · Chácara Cachoeira

Campo Grande / MS CEP: 79040-290

F: 67 – 3046 4444

www.multmed.com.br

multmed@multmed.com.br

Descrição

Eletrocardiógrafo (ECG) Portátil Digital 03 Canais 12 Derivações EX-03 - Emai3 canais e 12 derivações incorpora a mais avançada tecnologia em representação gráfica onde as curvas e os dados são processados através de um sofisticado tratamento de imagens realçando assim a sua apresentação. Fornece registros ECG Detecção da onda "R", por software inteligente. Reconhecimento e validação do pulso de marca-passo. Cabo de ECG: 10 vias. Derivações: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1 a V6. Faixa de medição: 30 a 300 BPM. Precisão: 1 BPM ou 2% (qual for o maior) Filtro OFF: 0,05Hz a 100Hz. Sensibilidade: 0,5 - 1 - 2mv/cm Detecção de eletrodo solto: sim e com indicação no display Retorno após desfibrilação: menor 9 seg. Display gráfico 128x64, cristal líquido, backlight azul Ajuste de ganho de 1/2, 1 e 2 mV/cm Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50mm/s Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga da bateria Dados de impressão: 12 derivações de ECG, sinal de calibração 1mV/10mm, frequência cardíaca, sensibilidade, velocidade, filtro e tempo de registro Modo Manual: Registro livre de cada derivação Modo Automático: Registra 4 segundos de cada uma das 12 derivações pressionando-se apenas uma única tecla Mensagens diversas inclusive eletrodo solto Filtros Digitais Filtro Notch de 60 Hertz. Aquisição simultânea das 12 derivações Registra as arritmias no mesmo instante em todas as derivações. Interface para conexão ao computador via USB e software que permite impressão de todas derivações simultaneamente em A4. Alimentação Rede elétrica: 110 a 230Vac - 50/60Hz Adequada para a conexão à rede elétrica CISPRII Bateria interna: 12Vdc/1,3AH Entrada de bateria externa 12Vdc (opcional). RMS. 80052640019 Acessórios: 1 Cabo de paciente 10 vias (tipo pino). 4 Clip adulto 6 Eletrodos de sucção adulto. 1 Tubo de pasta para ECG 1 Cabo de força de 3 pinos (2,5m) 1 Rolo de papel termo sensível 80mm x 30m 1 Manual do usuário. 1 Cabo USB 1 Software 1 Certificado de garantia.

Figura 1 - Descrição do site: <https://www.dormed.com.br/eletrocardiografo--ecg--portatil-digital-03-canais-12-derivacoes-ex03---emai/p> (Marca EMAI)

Eletrocardiógrafo portátil digital 03 Canais 12 Derivações EX-03. Fornece registros ECG Detecção da onda "R", por software inteligente. Reconhecimento e validação do pulso de marca-passo. Cabo de ECG: 10 vias. Derivações: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1 a V6. Faixa de medição: 30 a 300 BPM. Precisão: 1 BPM ou 2% (qual for o maior) Filtro OFF: 0,05Hz a 100Hz. Sensibilidade: 0,5 - 1 - 2mv/cm Detecção de eletrodo solto e com indicação no display. Display gráfico 128x64, cristal líquido, backlight azul Ajuste de ganho de 1/2, 1 e 2 mV/cm Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50mm/s. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga da bateria. Dados de impressão: 12 derivações de ECG, sinal de calibração 1mV/10mm, frequência cardíaca, sensibilidade, velocidade, filtro e tempo de registro Modo Manual: Registro livre de cada derivação Modo Automático: Registra 4 segundos de cada uma das 12 derivações pressionando-se apenas uma única tecla. registro na ANVISA.

Figura 2 - Descritivo do Edital

Tais exigências afetam a competitividade no certame e ferindo o princípio da isonomia/igualdade, livre concorrência e legalidade, cernes das compras públicas, previstos na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais que regulamentam as licitações públicas, devendo, desta forma, serem revistas desde logo, a fim de se evitar que todo o processo licitatório fique maculado.

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

MATRIZ

CNPJ: 62.334.156/0001-66 I.E.: 669.198.339.111
Rua Solange Victorette, 160 · Jd. Ipê
Sorocaba / SP CEP: 18017-008
F: 15 – 3237 4414

FILIAL

CNPJ: 62.334.156/0002-47 I.E.: 28.409.614-8
Rua Afonso Lino Barbosa, 78 · Chácara Cachoeira
Campo Grande / MS CEP: 79040-290
F: 67 – 3046 4444

www.multimed.com.br

multimed@multimed.com.br

Exigências técnicas que favorecem apenas uma marca comprometem a variedade de ofertas e criam restrições à concorrência, prejudicando o interesse público e a transparência do processo licitatório. Isso pode afetar a legalidade e a legitimidade do certame.

Portanto, é fundamental revisar essas exigências para garantir que o processo licitatório respeite os princípios constitucionais e legais, assegurando justiça e preservando o interesse público.

2. DO PRAZO DE ENTREGA

Conforme cláusula 4.1 do edital, solicita-se que os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de O prazo de entrega dos itens contratados será de até 30 (trinta) dias contados da entrega da Nota de Empenho ou Autorização de fornecimento ao fornecedor. Cumpre-nos observar que os equipamentos do certame têm um processo de produção / importação que leva em torno de 45 (quarenta e cinco) dias mais os trâmites burocráticos para liberação, o que torna 30 dias um prazo inexecutável.

III – DO PEDIDO

1. Assim, requer-se que seja a presente impugnação recebida no efeito suspensivo, a fim de que a sessão de recebimento e abertura dos envelopes seja suspensa, até que a Autoridade Hierarquicamente Superior se manifeste sobre a presente impugnação. Requer ainda:

- (i) Seja revisto o descritivo do item 02 – Eletrocardiógrafo Portátil, não só pela impossibilidade de nossa participação no certame da forma como se apresenta, mas também pelo fato do atual Edital estar eivado de caráter discriminatório para com os possíveis participantes, retificando e evitando grave lesão ao direito e garantia fundamental. Salientamos que nosso intuito com esta impugnação não é acusar esta digna instituição, bem como de ferir quaisquer dos princípios da Lei, ou de proteger qualquer fornecedor em detrimento de outros, e sim colaborarmos para que se obtenha uma licitação justa com a participação de mais de um licitante;
- (ii) Alteração do prazo de entrega para até 60 (sessenta) dias, contados da data da requisição e nota de empenho ou o aceite da Prefeitura para cartas de prorrogação.

Termos em que
Pede e Espera Deferimento.

JOSE ORDALIO FERNANDES SPINOLA
Sócio Diretor
RG: 8.492.271-0
CPF: 032.334.508-50

MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

MATRIZ

CNPJ: 62.334.156/0001-66 I.E.: 669.198.339.111
Rua Solange Victoretti, 160 · Jd. Ipê
Sorocaba / SP CEP: 18017-008
F: 15 – 3237 4414

FILIAL

CNPJ: 62.334.156/0002-47 I.E.: 28.409.614-8
Rua Afonso Lino Barbosa, 78 · Chácara Cachoeira
Campo Grande / MS CEP: 79040-290
F: 67 – 3046 4444